

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa materiałów ortopedycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (II)

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI,**

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 t.j. z póź. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

**1. Treść pytania** Czy Zamawiający dopuści analogiczne mocowanie udowe – podłużną płytkę tytanową o wymiarach 13, 5 mm i 4,5 mm, a co się z tym wiąże wiertło minimalne do rozwiercania kanału kostnego o średnicy 5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**2. Treść pytania** Czy Zamawiający dopuści śrubę interferencyjną wykonaną z materiału biowchłanialnego z dodatkiem trójfosforanu wapnia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**3. Treść pytania** Czy Zamawiający dopuści dla śrub interferencyjnych o średnicach 10 i 11 mm długości od 25 do 38mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Zamawiający zaleca aby wypełniając załącznik nr 3 umieścić informację o dopuszczonym niniejszymi odpowiedziami przedmiocie zamówienia**

**Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia, nie powodują zmiany treści ogłoszenia, ani terminu składania ofert, który upływa w dniu 08.02.2012 r. roku, o godz. 12:00**

**DYREKTOR**

**Wojciech Szafrąński**